

# Document de calibratge dels sistemes de mesura

---

## TALLER MECÀNIC

---

**Laboratori :** 01.

**Usuari :** User

**Data de calibratge:** 21-02-2012

**Persona que efectua el calibratge:** Xavier Murcia

**Criteris d'acceptació del calibratge:** precisió millor que 0,01 mm.

**Equip :** Joc de micròmetres MITUTOYO.

### Resultat:

	Patró	Valor nominal del patró	Valor de calibratge
50/75 NO. 102-303	NO. 167-102	50,00 mm	Nònius ajustat a un valor menor o igual a 0.004 mm.

### Notes del calibratge:

El joc de micròmetres d'exterior MITUTOYO són uns equips amb una capacitat de mesura de 25 mm, que permeten mesurar amb una precisió de 0,01 mm. El calibratge l'efectua el mateix operari, sense necessitat de portar a la casa oficial.