


Comprovació de l'estat de calibració del AFM





Data: 2 decembre 2022

For demonstration purposes only!

Especimen de calibració 1

Periode: 0.66 μm

Alçada del graó: 0.05 μm





For demonstration purposes only!

Especimen de calibració 2

Període: 10 μm

Alçada del graó: 0.1 μm



For demonstration purposes only!