

Doument de calibració dels sistemes de mesura Alpha Step IQ

Alpha Step IQ:

Data de calibració: 9-1-2006

Persona que efectua la calibració: Roger Artigas

Standard de calibració: VLSI standards Serie SHS

Resultat:

	Valor nominal	Valor de calibració
SHS 9400 QC	941.6 ± 5.5 nm	941.5 nm