

Doument de calibració dels sistemes de mesura PL_μ i PL_μ2300

PLu Standard:

Data de calibració: 9-1-2006

Persona que efectua la calibració: Roger Artigas

Standard de calibració: VLSI standards Serie SHS

Resultat:

	Objectiu empleat	Valor nominal	Valor de calibració
SHS 80 QC	100X EPI	10.1 ± 0.5 nm	10.5 nm
SHS 9400 QC	20X EPI	941.6 ± 5.5 nm	945.2 nm

PLu 2300:

Data de calibració: 9-1-2006

Persona que efectua la calibració: Roger Artigas

Standard de calibració: VLSI standards Serie SHS

Resultat:

	Objectiu empleat	Valor nominal	Valor de calibració
SHS 80 QC	100X EPI	10.1 ± 0.5 nm	10.08 nm
SHS 9400 QC	20X EPI	941.6 ± 5.5 nm	938.2 nm